报告编号：7D[illegible]

废水污染源自动监测设备比对

监测报告

企业名称：[illegible]

委托监测单位：山东龙发环保科技有限公司

报告日期：2025 年 8 月 21 日

中博华创（山东营）环境检测有限公司

生产厂家：	山东龙发环保科技有限公司	山东龙发环保科技有限公司	安徽英凯环境技术有限公司
设备型号：	COD_{Cr}:LFH2001	NH_3-N:LFH2013	超声波明渠污水流量计:Flowlyzer1220 型
原理：	重铬酸钾氧化分光光度法	纳氏试剂分光光度法	超声波回声测距法
比对监测日期：	2025.08.13、2025.08.19		

二、依据

（1）HJ 91.1-2019《污水监测技术规范》

（2）HJ [illegible]《污染源在线监测系统（COD_{Cr}、NH_3-N 等）运行技术规范》

（3）HJ 356-2019《污染源在线监测系统（COD_{Cr}、NH_3-N 等）数据有效性判别技术规范》

（4）HJ 828-2017《水质 化学需氧量的测定

四、工况

2025年8月13日、8月19日，比对检测时间段内化学需氧量水样浓度<30mg/L，用浓度为25mg/L的标准品代替实际水样进行测定，氨氮水样浓度<2mg/L，用浓度为1.5mg/L的标准品代替实际水样进行测定。工况正常、稳定。

废水污染源自动监测设备比对监测结果表

排污企业名称	山东威特化工有限公司	现场监测日期	2025.08.13
测点名称	DW001污水总排口	分析日期	2025.08.[illegible]
工况	92%	样品类型	污水
测试项目	氨氮	自动仪器测量范围	0-90mg/L

注 意 事 项

1.本报告无检验检测专用章（公章）及骑缝章无效。

2.本报告无编制、审核、签发人签字无效。